

Omnipod® 5 Kontrolenhed

INDSTILLINGSFORMULAR



Fortrolige og beskyttede sundhedsoplysninger

Startindstillinger programmeres som ordineret af dit diabetesteam. Medbring den udfyldte og underskrevne formular til din Omnipod® 5 start.

Patientens navn

Dato / /

Navn på lege

Telefonnummer

Sykehus

Patientens vægt (kg)

(kun nødvendig ved brug av vektbaserte beregninger)

Nuværende behandling

Total daglig insulinodoser før pumpee enheder

Total daglig dosis med nuværende insulinpumpe

E/dag

Indstillinger for Omnipod® 5 kontrolenhed*

1 > Max. Basalrate		_____ IE/t
2 > Basal 1	Tidssegment	
	00:00 til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
	_____ til _____	_____ IE/t
3 > Midlertidig Basal	Til	Fra
4 > BG-mål	Nedre grænse _____ mmol/L	Øvre grænse _____ mmol/L
5 > Bolusberegner	Til	Fra

6 > BG-mål og Korrigør Over	Tidssegment	Mål	Korrigør Over
	00:00 til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
	_____ til _____	_____ mmol/L	_____ mmol/L
7 > Min. BG til Beregninger	_____ mmol/L		
8 > Insulin-til-KH-forhold	Tidssegment	1 enhed insulin dækker	
	00:00 til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
	_____ til _____	_____ g/kulhydrat	
9 > Korrektionsfaktor	Tidssegment	1 enhed insulin sænker blodglukose med	
	00:00 til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
	_____ til _____	_____ mmol/L	
10 > Omvendt Korrektion	Til	Fra	
11 > Varighed af Insulinens Virkning	_____ Timer		
12 > Max Bolus	_____ Enheder		
13 > Forlænget Bolus	Til	Fra	
14 > Advarsel om Lavt reservoir	_____ enheder	Forudindstillet til 10 enheder. Kan ændres fra 10-50 enheder efter første opsætning	
15 > Advarsel om Podudløb	_____ timer	Forudindstillet til 4 timer. Kan ændres fra 1-24 timer efter første opsætning	
<i>*Alle indstillinger udføres af behandler</i>			
Telefonnummer til hotline		Kontakt nr. uden for normal åbningstid.	
Opfølgingsplaner noteres her:			

Husk venligst, at alle kliniske beslutninger vedrørende ovennævnte patient ene og alene påhviler diabetesteamet på ovennævnte hospital.



diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk
facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | @makingdiabeteseasier_dk

NordicInfu Care AB (Distributør) · Industrivej 21, 4000 Roskilde · telefon 70 28 10 24 · www.infucare.com